

ОКП 42 7651



Переносной аппарат малогабаритный  
импульсный рентгеновский  
**ПАМИР-300**

Руководство по эксплуатации  
ТКРП1.219.007РЭ

## Содержание

1	Назначение документа .....	3
2	Назначение изделия .....	3
4	Состав аппарата .....	5
5	Описание и работа аппарата .....	5
6	Указания мер безопасности .....	7
7	Подготовка аппарата к работе .....	10
8	Порядок работы .....	11
10	Возможные неисправности и способы их устранения .....	13
11	Тара и упаковка .....	13
12	Правила транспортирования и хранения .....	14
13	Гарантии изготовителя .....	14

## Вниманию потребителя:

Рентгеновские аппараты серии ПАМИР при их включении являются источниками рентгеновского излучения.

По получении аппарата потребитель обязан в десятидневный срок с момента получения известить орган, осуществляющий государственный санитарно-эпидемиологический надзор в субъекте Российской Федерации, о получении аппарата. Образец формы извещения приведен в паспорте на аппарат.

## 1 Назначение документа

Настоящее руководство предназначено для лиц, занимающихся эксплуатацией переносного аппарата малогабаритного импульсного рентгеновского ПАМИР-300 (далее аппарат) и имеет целью ознакомить пользователя с техническими характеристиками аппарата, конструкцией и принципом действия для обеспечения полного использования его технических возможностей.

## 2 Назначение изделия

2.1 Аппарат предназначен для использования в качестве источника рентгеновского излучения при неразрушающем контроле материалов методом рентгенографии.

2.2 Условия эксплуатации аппарата: УХЛ1.1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температурах от минус 40 до плюс 50°C, атмосферном давлении 101,3<sup>+5,3</sup><sub>-25,6</sub> кПа (760<sup>+40</sup><sub>-200</sub> мм рт. ст.), относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 25°C и при более низких температурах без конденсации влаги.

### 2.3 Максимальная толщина просвечиваемого материала по стали, мм

- с применением высококонтрастной рентгеновской пленки в комбинации со свинцовыми усиливающими экранами до 45
  - с применением высокочувствительной рентгеновской пленки в комбинации с флуоресцентными усиливающими экранами до 85

### 3 Технические характеристики

Основные технические характеристики аппарата приведены в таблице 1.

Таблица 1

№	Параметр	Величина	Единица измерения
3.1	Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии (500±20) мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 мин, не менее <sup>1)</sup>	387 (1500)	мКл/кг (мР)
3.2	Амплитуда напряжения на рентгеновской трубке	300	кВ
3.3	Диаметр фокусного пятна	3,0	мм
3.4	Напряжение питания: • однофазная сеть переменного тока частотой (50±1) Гц, • батарея аккумуляторов	220±22 24±3	В В
3.5	Потребляемая мощность, не более,	300	Вт
3.6	Масса и габаритные размеры составных частей, не более: • рентгеновский блок: massa длина ширина высота • пульт управления: massa длина ширина высота	7,8 460 150 220 6,0 320 260 160	кг мм мм мм кг мм мм мм

<sup>1)</sup> при напряжении питания аппарата (220±2) В.

## 4 Состав аппарата

Состав аппарата приведён в таблице 2.

Таблица 2

№	Наименование	Кол., шт.
1	Переносной аппарат малогабаритный импульсный рентгеновский ПАМИР-300 в том числе:	1
1.1	Блок рентгеновский	1
1.2	Пульт управления	1
1.3	Кабель сетевой	1
1.4	Кабель высоковольтный	1
1.5	Кабель аккумуляторный	1
2	Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей в соответствии с ведомостью ЗИП	1 комплект
3	Комплект эксплуатационных документов: руководство по эксплуатации, паспорт, ведомость ЗИП	1 комплект
4	Футляр	2

## 5 Описание и работа аппарата

5.1 Аппарат состоит из двух основных частей: рентгеновского блока, являющегося источником рентгеновского излучения, и портативного пульта управления, соединяемых кабелем длиной 30 м, что позволяет оператору находиться в безопасной зоне.

5.2 Рентгеновский блок включает в себя высоковольтный блок, в котором расположены рентгеновская трубка с холодным катодом, разрядник-обостритель и импульсный трансформатор, залипые трансформаторным маслом. В рентгеновском блоке также расположены накопительные конденсаторы и газовый коммутатор, образующие первичный контур импульсного трансформатора.

Накопительные конденсаторы заряжаются до 15 кВ от источника первичного напряжения, расположенного в пульте управления. При этом напряжении происходит срабатывание газового коммутатора и разряд накопительных конденсаторов через первичную обмотку импульсного трансформатора. Во вторичной его обмотке возникает импульс высокого напряжения, на фронте

которого срабатывает разрядник-обостритель. В результате на электродах рентгеновской трубы появляется импульс высокого напряжения с длительностью фронта порядка  $10^{-9}$  с. При столь коротком, но мощном воздействии, в вакуумном промежутке трубы происходит процесс взрывной электронной эмиссии, сопровождающийся вспышкой рентгеновского излучения.

5.3 В пульте управления расположены: источник первичного напряжения, таймер экспозиций и цепи управления и защиты.

Источник первичного напряжения представляет собой однотактный высокочастотный транзисторный генератор с самовозбуждением, нагрузкой которого является высоковольтный повышающий трансформатор.

Цепи управления и защиты обеспечивают устойчивую работу генератора и защиту схемы при отсутствии нагрузки (не вставлен разъем высоковольтного кабеля) в цепи высокого напряжения и защиту от перегрева.

Для исключения возможности несанкционированного использования аппарата оснащен замком безопасности.

На лицевой панели пульта управления расположены следующие органы управления и индикации:

- Тумблер включения сети.
- Ключ безопасности (он же ключ включения рентгена).
- Таймер экспозиции.

Таймер имеет несколько временных поддиапазонов. Их переключение осуществляется с помощью микропереключателя, расположенного в левом нижнем углу лицевой панели таймера. С завода изготовителя аппарат выходит с установкой таймера на 5 мин.

В правом нижнем углу находится переключатель режима работы таймера. **ВНИМАНИЕ!** Для корректной работы аппарата этот переключатель всегда должен находиться в положении **OS**.

В верхней части лицевой панели таймера расположены два светодиода. Светодиод POWER зеленого цвета загорается при включении питающей сети. Светодиод ОР красного цвета загорается при включении рентгена.

- Индикаторы защиты:
  - светодиод красного цвета загорается при отсутствии нагрузки (не вставлен разъем высоковольтного кабеля) в цепи высокого напряжения. В этом случае источник первичного напряжения

автоматически выключается и блокируется в таком состоянии. Для продолжения работы следует отключить пульт от питающей сети тумблером ВКЛ, выждать 1,5...2 мин, после чего произвести повторное включение.

- светодиод желтого цвета загорается при достижении в рентгеновском блоке или пульте управления максимально допустимой температуры. При этом источник первичного напряжения автоматически выключается и блокируется в таком состоянии. Для повторного включения аппарата необходимо дождаться, когда данный светодиод погаснет

## 6 Указания мер безопасности

### 6.1 Виды и источники опасности

6.1.1 Аппарат может представлять опасность как источник рентгеновского излучения (при нахождении рентгеновской трубки под напряжением) и источник высокого напряжения.

6.1.2 Источником рентгеновского излучения аппарата является рентгеновская трубка, расположенная в рентгеновском блоке.

6.1.3 Источником высокого напряжения являются трансформаторы и высоковольтные элементы электрической схемы.

### 6.2 Основные требования и необходимые меры для обеспечения безопасности

6.2.1 При эксплуатации аппарата должны соблюдаться требования настоящего руководства и действующих санитарных правил: СанПиН 2.6.1.-2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ 99/2010), а также СП 2.6.1.1283-03 "Обеспечение радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии".

6.2.2 К работе с использованием рентгеновских аппаратов не допускаются лица моложе 18 лет. К указанным работам могут допускаться лишь лица:

- отнесенные к персоналу группы А, прошедшие профмедосмотр и не имеющие медицинских противопоказаний к работе с применением ИИИ,
- успешно прошедшие обучение по специальности и имеющие соответствующее удостоверение (например, на право проведения работ по рентгеновской дефектоскопии),

- успешно прошедшие обучение по правилам радиационной безопасности (РБ) при проведении работ по специальности и проверку знаний требований правил и норм РБ, а также электробезопасности,
- имеющие не ниже III квалификационной группы по электробезопасности (аттестованные для работы на электроустановках с напряжением выше 1000 В).

6.2.3 Для обеспечения требований радиационной безопасности, уровень мощности дозы в местах постоянного нахождения лиц из:

- персонала группы А (по НРБ-99/2009) не должен превышать 10 мкЗв/ч, при этом понимается, что продолжительность рабочего времени лиц этой группы не превышает 1700 час за год, т.е. 36 часов в неделю. Рабочее место оператора, эксплуатирующего аппарат, должно находиться в стороне, противоположной выходу рабочего пучка рентгеновского излучения, в пределах конуса с углом раствора 150°, ось которого совпадает с осью рентгеновского блока, а вершина расположена в торце рентгеновской трубки.
- персонала группы Б (по НРБ-99/2009) не должен превышать 2,5 мкЗв/ч. Продолжительность рабочего времени лиц этой группы не должна превышать 2000 часов за год, т.е. 41 час в неделю.
- населения не должен превышать более чем на 0,1 мкЗв/ч уровень естественного фона.

Для обеспечения указанных требований время работы с аппаратом без дополнительных мер защиты не должно превышать 30 мин в час.

6.2.4 Примерный (без учета каких-либо защитных приспособлений) радиус радиационно-опасных зон, в пределах которых должно быть исключено нахождение лиц соответствующих категорий, и подлежащий обозначению знаками радиационной опасности по ГОСТ 17925-72 при проведении работ с применением аппарата в открытой местности приведен в таблице 3.

Таблица 3

	Примерный радиус радиационно-опасной зоны, м
группа А	30
группа Б	150
население	500

6.2.5 Граница зоны, опасной для пребывания в ней людей, должна быть обозначена предупредительными знаками и надписями, хорошо видными на расстоянии не менее 3 метров.

6.2.6 Получатель аппарата обязан в десятидневный срок с момента получения известить соответствующий орган, осуществляющий государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее "орган ГСЭН") в субъекте Российской Федерации, о получении аппарата.

6.2.7 Аппараты, поступившие в учреждение, должны быть зарегистрированы в журнале учета.

6.2.8 Работы с использованием аппарата разрешается проводить только при наличии действующего санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий работы с источниками излучения санитарным правилам, выдаваемого органом ГСЭН в соответствующем субъекте Российской Федерации, и лицензии на право проведения этих работ, выдаваемой органами власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

6.2.9 Передача аппаратов в другие учреждения может производиться только по разрешению органа ГСЭН в соответствующем субъекте Российской Федерации и должна быть оформлена актом, копия которого должна быть направлена в орган ГСЭН.

6.2.10 Перемещение (вывоз и т.д.) любых ИИИ за пределы территории (зоны возможного производства работ), указанной в действующем санитарном паспорте, может производиться только после получения соответствующего письменного разрешения органа ГСЭН.

6.2.11 Хранение рентгеновских аппаратов разрешается только в оборудованных охранной сигнализацией специальных помещениях, исключающих возможность их несанкционированного использования.

6.2.12 Ремонт рентгеновских аппаратов разрешается только в специализированных организациях, имеющих лицензию на этот вид деятельности, либо специально подготовленным персоналом учреждения. Последний должен руководствоваться инструкциями по технике безопасности, радиационной безопасности и другими нормативными документами.

6.2.13 В состав аппарата входит разрядник Р-90, содержащий радиоактивный изотоп тритий ( $H-3$ ) в количестве  $(0,740 \pm 0,186)$  МБк ( $20 \pm 5$  мКи). Поскольку это значительно меньше уровней, установленных НРБ-99/2009, он не попадает под действие НРБ-99/2009. Эксплуатация разрядника не представляет опасности для обслуживающего персонала. При необходимости утилизации разрядника он подлежит вскрытию в условиях вытяжной

вентиляции. При разгерметизации разрядника вышедший газ с добавкой трития не представляет опасности, т.к. примесь его в воздухе будет на 3-4 порядка меньше допустимой нормы, установленной для ограниченной части населения.

6.2.14 Рентгеновские аппараты для проведения работ на объектах выдаются лицами, ответственными за их хранение, по письменному распоряжению руководства организации.

6.2.15 Работа с рентгеновским аппаратом должна производиться как минимум вдвоем. При работающем аппарате один человек должен следить за работой аппарата, а второй – наблюдать за отсутствием персонала и населения в радиационно-опасных зонах.

6.2.16 При работе с рентгеновским аппаратом следует направить пучок излучения в сторону, с которой в радиационно-опасной зоне нет домов и рабочих мест и с которой наименее вероятно появление людей.

6.2.17 В организации, применяющей аппараты, должна быть согласованная с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора инструкция, предусматривающая возможные аварийные ситуации и меры по ликвидации их последствий, а также меры защиты персонала при выполнении аварийных работ.

## 7 Подготовка аппарата к работе

- 7.1 Нажав на два пружинных уступа, расположенных на боковых стенках пульта, откинуть два захвата, удерживающих крышку пульта, переметить её в верхнее положение.
- 7.2 Соединить пульт управления высоковольтным кабелем с рентгеновским блоком. Обратить особое внимание на надежное соединение высоковольтных разъемов.

**ВНИМАНИЕ!** В данном аппарате блок рентгеновский может эксплуатироваться только со своим пультом управления.

**ВНИМАНИЕ!** Схемная защита от отсутствия нагрузки в цепи высокого напряжения не работает, если разъем высоковольтного кабеля вставлен, но не довернут накидной гайкой до упора. В этом случае неизбежно возникновение дуги между неплотно прижатыми контактами и повреждение разъема.

- 7.3 При работе от сети переменного тока присоединить пульт управления к сети с помощью сетевого кабеля. Аппарат заземляется по ГОСТ 12.1.030-81 посредством специальной жилы сетевого кабеля, поэтому обязательно использование трехполюсной розетки.
- 7.4 При работе от аккумуляторной батареи присоединить пульт управления, используя аккумуляторный кабель. Необходимо соблюдать полярность подключения аккумулятора. Красный проводник присоединяется к "+". Неправильное подключение аккумулятора приводит к выходу из строя предохранителя. Заземление аппарата при работе от аккумулятора осуществляется с помощью клеммы заземления, расположенной рядом с разъемом питания.

## 8 Порядок работы

- 8.1 Перед началом работы после перерыва в несколько часов рекомендуется потренировать рентгеновскую трубку в течение (3...4) минут.
- 8.2 Установить требуемое время экспозиции на шкале таймера.
- 8.3 Установить тумблер питания в положение ВКЛ. Должен загореться светодиод POWER на панели таймера.
- 8.4 Включить рентген поворотом ключа безопасности на  $90^\circ$  по часовой стрелке в положение ПУСК.
- 8.5 Должен загореться светодиод ОР на панели таймера.

Примечание:

- частота следования импульсов зависит от уровня заряда аккумулятора или напряжения питающей сети и технологического разброса параметров элементов аппарата;
  - в течение экспозиции светодиод ОР будет мигать с некоторой частотой, определяемой выбранным временным поддиапазоном. Это является свойством таймера и никак не связано с работой аппарата.
- 8.6 Прекращение экспозиции происходит автоматически после отработки заданного оператором времени экспозиции.

Для повторного включения рентгена необходимо повернуть ключ безопасности против часовой стрелки в положение СТОП, а затем снова перевести в положение ПУСК.

- 8.7 В аппарате установлено специальное термореле, которое выключает цепи питания при достижении в рентгеновском блоке или пульте управления максимально допустимой температуры. При этом загорается светодиод желтого цвета на передней панели пульта управления. Для повторного включения аппарата необходимо дождаться, когда данный светодиод погаснет.

По окончании работы не забывать переводить ключ безопасности в положение ВЫКЛ.

- 8.8 Фокусное расстояние, тип рентгеновской пленки и усиливающих экранов должны выбираться потребителем, исходя из конкретных требований, предъявляемых к качеству рентгенографического контроля, в соответствии с существующими нормативно-техническими документами.

Для ориентировочного определения требуемого времени экспозиции при просвечивании стали можно пользоваться номограммой в приложении 1.

Дополнительную информацию по технике рентгенографического контроля импульсными аппаратами можно найти на нашем сайте в Интернете: <http://www.spectroflash.ru/>.

- 8.9 Аппарат обладает практически равномерным излучением в пределах полусфера, что позволяет использовать его как для направленного, так и для панорамного просвечивания. Поэтому при контроле качества сварных соединений трубопроводов желательно, по возможности, производить просвечивание из центра трубы, что существенно уменьшает время экспозиции, и, следовательно, увеличивает реальный срок службы аппарата.

## 9 Измерение параметров и проверка технического состояния

- 9.1 Проверку технического состояния аппарата следует производить измерением экспозиционной дозы рентгеновского излучения. Для замера экспозиционной дозы рекомендуется использовать любой интегральный дозиметр, например, ДВГИ-8Д.
- 9.2 Установить дозиметр по оси рентгеновского блока на расстоянии  $(500 \pm 20)$  мм от торца рентгеновского блока.
- 9.3 Установить таймер в положение 1,5 мин.
- 9.4 Измерения проводить при напряжении питающей сети  $(220 \pm 2)$  В.

- 9.5 Включить аппарат.
- 9.6 После окончания работы таймера сравнить показания дозиметра со значением, указанным в п.3.1. Аппарат считается исправным, если показания дозиметра не меньше указанного в п.3.1.

## 10 Возможные неисправности и способы их устранения

10.1 При возникновении каких-либо технических проблем вы можете связаться с нами по телефону (812)2355097, либо по электронной почте [info@spectroflash.ru](mailto:info@spectroflash.ru).

10.2 Перед обращением, пожалуйста, подготовьте следующую информацию:

- дата выпуска аппарата
- дата начала эксплуатации
- дата выхода из строя
- основные данные режима эксплуатации
- наработка в указанном режиме
- подробное описание неисправности

## 11 Тара и упаковка

11.1 Консервация аппаратов должна производиться в соответствии с ГОСТ 9.014 для группы III-3 для условий хранения 1 по ГОСТ 15150. Вариант защиты В3-10. Вариант внутренней упаковки ВУ-5 по ГОСТ 9.014 или ВУ-ША-1 по ГОСТ 23216. Срок хранения без переконсервации – по ГОСТ 9.014, приложение 6.

11.2 Транспортная тара должна состоять из дощатых ящиков тип III по ГОСТ 7376 или ящиков из ДВП тип III по ГОСТ 5959.

11.3 В качестве прокладочных материалов при упаковывании должны применяться картон гофрированный марки Т-2 по ГОСТ 7376, пенополиуретан ППУ 45-0,8 по ТУ6-55-43-90, бумага оберточная А по ГОСТ 8273, бумага А-25 по ГОСТ 8828 или аналогичные.

## 12 Правила транспортирования и хранения

### 12.1 Транспортирование

12.1.1 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ Р 51908; в части воздействия климатических факторов – как по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150, но в диапазоне температур от минус 5 до плюс 50°C.

12.1.2 Транспортирование аппарата осуществляется любыми видами транспорта в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

### 12.2 Хранение

12.2.1 Допустимый срок сохраняемости в упаковке и временной противокоррозионной защите, выполненной изготовителем – 3 года.

12.2.2 Условия хранения в части воздействия механических факторов – М4 по ГОСТ 30631 в течение всего срока сохраняемости; в части воздействия климатических факторов – как по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150, но в диапазоне температур от минус 5 до плюс 50°C.


12.2.3 Техническое обслуживание на период хранения до ввода в эксплуатацию должно включать в себя внешний осмотр упаковки, проводимые ежегодно и при перемене мест хранения.

## 13 Гарантии изготовителя

13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппарата ПАМИР-300 требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных технической документацией.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя.

13.3 Предприятие-изготовитель не высыпает специалистов для осуществления ремонта на месте.





TEXНОTECT



TEXНОTECT



TEXНОTECT